



HAL
open science

MONTAGE EXPERIMENTAL BIOFIDELE D'AORTE ABDOMINALE

Vincent Perrot, Selina Meier, Aline Bel-Brunon, H el ene Walter-Le Berre,
Benyebka Bousa id, Philippe Chaudet, Val erie Detti, Didier Vray, Herv e
Liebgott

► **To cite this version:**

Vincent Perrot, Selina Meier, Aline Bel-Brunon, H el ene Walter-Le Berre, Benyebka Bousa id, et al..
MONTAGE EXPERIMENTAL BIOFIDELE D'AORTE ABDOMINALE. Recherche en Imagerie et
Technologies pour la Sant e (RITS) 2017, Mar 2017, Lyon, France. hal-01505250

HAL Id: hal-01505250

<https://hal.science/hal-01505250v1>

Submitted on 25 Mar 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destin ee au d ep ot et  a la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publi es ou non,  emanant des  tablissements d'enseignement et de recherche fran ais ou  trangers, des laboratoires publics ou priv es.

MONTAGE EXPERIMENTAL BIOFIDELE D'AORTE ABDOMINALE

Vincent Perrot (1), Selina Meier (2), Aline Bel-Brunon (2), H el ene Walter-Le Berre (2), Benyebka Bou-Sa id (2), Philippe Chaudet (2), Val erie Detti (1), Didier Vray (1), Herv e Liebgott (1)

1. Univ. Lyon, INSA-Lyon, Univ. Claude Bernard Lyon 1, UJM-Saint Etienne, CNRS, Inserm, CREATIS UMR 5220, U1206, F-69621, Lyon, France; 2. Univ. Lyon, INSA-Lyon, LaMCoS UMR CNRS 5259, F-69621, Villeurbanne, France

Introduction

En 2013 les ruptures d'an evrismes de l'aorte abdominale (AAA)  taient la cause de 152 000 d c es dans le monde (188 pays), soit une augmentation de 65 % en 23 ans [1]. Suite au d pistage d'un AAA la pose d'une endoproth se, afin de d vier le flux sanguin pour pr venir la rupture, fait partie des solutions cliniques. Des ph nom nes d'endofuites ou de migrations de l'endoproth se peuvent ensuite survenir sans causes connues apparentes [2]. Par cons quent, l' tude de ces ph nom nes apparait comme une n cessit  m dicale. Pour cela, le besoin de poss der un montage exp rimental avec un comportement r aliste est alors critique. Nous avons donc, au cours des derni res ann es, d velopp  un montage exp rimental g om triquement biofid le d'aorte abdominale.

Mat riel et m thodes

Notre montage exp rimental (Fig. 1) comporte un syst me hydraulique avec une pompe fonctionnant en continu; une  lectrovanne g re les cycles en reproduisant un flux cardiaque. Ce circuit est reli    une cuve d'eau, pouvant accueillir un fant me d'aorte abdominale con u   partir de donn es m dicales d'un patient pr sentant un an vrisme. Afin de se rapprocher au mieux d'un comportement r aliste ce fant me est li   lastiquement   une colonne vert brale imprim e en 3D. La cuve est surplomb e d'un m canisme motoris  recevant un syst me de cam ras et une sonde  chographique, permettant de suivre les d formations du fant me pendant les cycles du circuit. Le pilotage de l'exp rience est r alis    l'aide d'un programme d di  programm  sous LabVIEW.



Figure 1 : Fant me d'aorte abdominale fix  sur la colonne vert brale imprim e en 3D et reli  au circuit

R sultats

Les cycles  tant param trables il est possible de reproduire des flux puls s avec la m me p riode que chez l' tre humain, allant de 30   90 battements par minute (BPM) avec des d bits de 1   8 litres par minute (L/m). L' chographie (Fig. 2) permet de suivre l' volution des parois et de mesurer le comportement du fant me au cours des cycles.




Figure 2 : Image  chographie du fant me permettant de mettre en  vidence les parois (1), le flux (2) et la colonne vert brale (3)

Ainsi, le fant me poss de un diam tre interne moyen de 3,4 cm avec une  paisseur moyenne de 3,8 mm. La variation maximale du diam tre lors de l'ouverture est de 5 % contre -1,5 % pour la variation minimale en fermeture.

Conclusion

Nous avons d velopp  un montage exp rimental g om triquement biofid le qui permet de caract riser le comportement d'un fant me d'aorte abdominale sous flux puls  au moyen de l'imagerie US, de l'imagerie optique et de mesures de pression. Avec ce dispositif il sera  galement possible d'acc der   des informations compl mentaires telles que l'onde de pouls, le flux et l'interaction flux/paroi. Cela permettra de mieux comprendre le comportement du fant me d'aorte abdominale lors de l'insertion d'endoproth ses et d'identifier les param tres critiques li s aux ph nom nes d'endofuites ou de migration des endoproth ses.

R f rences

1. GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators, The Lancet, 2015, 385(9963):117-171
2. J. B. Towne, "Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms", The American Journal of Surgery, 2005, 189(2):140-149

Remerciements

Ce travail a  t  r alis  au sein du LABEX CELYA (ANR-10-LABX-0060) et du LABEX PRIMES (ANR-10-LABX-0063) de l'Universit  de Lyon et a  t  financ  par un BQR (Bonus Qualit  Recherche) INSA.